

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :MC-TL-02 Yayın Tarihi :01.09.2010 G.G.Tarihi :01.05.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:22.05.2012 Sayfa No :1/3	
	KALİBRASYON TALİMATI		

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	KALİBRASYON TALİMATI			
Doküman No	MC-TL-02			
Sayfa Sayısı	1/3			
Yürürlük Tarihi	01.09.2010			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Cihaz sicil kartları ile ilgili bilgi eklenmesi.		17.14.2011	Eğt. Hem. Melek KAYA
02	Uygulama kısmında kalibrasyon işlemleri İKKYT sorumluluğu altındadır yerine kalite bölümünün kontrolü altındadır şeklinde değiştirilmesi.		22.05.2012	Kalite Serap EKEN
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :MC-TL-02 Yayın Tarihi :01.09.2010 G.G.Tarihi :01.05.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:22.05.2012 Sayfa No :2/3	
	KALİBRASYON TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesi kalibrasyon işleminin nasıl ve hangi sıklıklarla yapılacağını belirlemek ve düzenlemektir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

İKKYT : İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Temsilcisi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Kalibrasyon Gerekir Cihaz Listesi :(Liste Kod No:

Kalibrasyon Planı :(Plan Kod No: MC-PL-01)

Cihaz Sicil Kartları :(Form Kod No: MC-FR-01)

4. UYGULAMA:

- OH' de kalibrasyon işlemleri biyomedikal kontrolü altında ve Satınalma sorumluluğu altında yürütülmektedir. Kalibrasyon işlemleri sırasında biyomedikalde bulunmakta ve gerekli kontrolleri yapmaktadır.
- OH' de bulunan ve kalibrasyon yapılması gereken cihazlarla ilgili Kalibrasyon Gerekir Cihaz Listesi hazırlanmıştır. Yeni bir cihaz alındığı zaman biyomedikal tarafından cihazın bu listeye kaydedilmesi sağlanır.
- Ayrıca her birimde kullanılan cihazların cihaz bilgilerinin yer aldığı (cihaz adı , seri no vb.) yer aldığı Cihaz Sicil Kartları bulunur.Cihaz ile ilgili her türlü arıza , rutin bakım , kalibrasyon ve bakımı yapan kişilerin kayıtları ilgili birimin sorumlusu tarafından doldurulur.
- Kalibrasyon yapılan cihazların, bulunduğu yer, kalibrasyon sıklıkları, son kalibrasyon tarihleri vb. bilgiler Kalibrasyon Planında bulunur. Bu plana göre kalibrasyon sıklıkları yaklaştığı zaman kalibrasyon firması ile temasa geçilir. Firmadan belli bir tarih alınır ve alına tarih bölüm sorumlularına bildirilir.
- Kalibrasyon işlemi sırasında cihazlarda herhangi bir sorun yoksa üzerine ve görünen bir yere kalibrasyon etiketi yapıştırılır. Kalibrasyon etiketi üzerinde, kalibrasyon tarihi, gelecek kalibrasyon tarihi ve sertifika numarası bulunur. Ayrıca kalibrasyon sertifikası, kalibrasyon firması tarafından hazırlanır ve biyomedikale teslim edilir. Bu sertifikaların orijinali biyomedikalde bölümünde bulunur.
- Eğer cihazın kalibrasyonu ile ilgili bir sorun varsa cihazın üzerine kırmızı renkli "KULLANIM DIŞI" etiketi yapıştırılır. Bu etiket yapıştırılan cihaz hiçbir türlü hastalarda kullanılamaz. En kısa zamanda bakım- onarım için ilgili firmaya gönderilir. Cihaz gerekli tamirat ve bakımdan yapıldıktan sonra tekrar kalibrasyon firmasına haber verilir. Yeniden kalibrasyon işlemine tabii tutulur. Eğer uygunsa cihazın üzerine kalibrasyon etiketi yapıştırılır ve sertifikası biyomedikale teslim edilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :MC-TL-02 Yayın Tarihi :01.09.2010 G.G.Tarihi :01.05.2017-05 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:22.05.2012 Sayfa No :3/3	
	KALİBRASYON TALİMATI		



- Kalibrasyon işlemi yapacak firma ile sözleşme imzalanmadan önce;
 - Kalibratör cihazların izlenebilirlik sertifikaları
 - Çalışanlarının bu işte yeterlilikleri olduğu ispat etmeye yarayacak diploma; sertifikalar
 - Referans listesi ve referans mektupları
 - Kurum ile ilgili bilgi kitapçığı vb. evraklar istenir.
- Bu evraklar tam ve firma uygun şartlar içeriyorsa, hizmet alım sözleşmesi imzalanarak kalibrasyon işlemleri yaptırılır.