



RAYTO RAC-1800 SİSTEM GÜNLÜK VE PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

Ay:

Yıl:

Sisteminin performansı aşağıdaki prosedürler belirli aralıklarla uyguladığında korunmaktadır.

Gün	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Günlük (Operasyon Öncesi)																															
Sabah ve Akşam Genel Yıkama																															
Isı Kontrolü																															
Reaktif ve Kitlerin Kontrolü																															
QUALİTY Kontrol yapılması																															
Günlük (Operasyon Sonrası)																															
Atık Küvetlerin Atılması																															
Küvet Kontrolü																															
Yıllık Bakım																															
Servis tarafından rutin olarak yapılır.																															
Not: Cihaza aylık bakım yapmaya gerek yoktur.																															
Servis tarafından rutin olarak yapılır.																															

*Periyodik bakımlarımız aşağıda belirtilen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

YETKİLİLERİN ADI- SOYADI

1-Cenk Müsellim

2-Oğuzhan Paçacı

Form Kod No: BL-DK-17

Rev.No:01/Rev.Tar.:01.09.2020