

AY:

YIL:

Sistemin performansı aşağıdaki prosedürler belirli aralıklarla uyguladığında korunmaktadır.

Gün	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Günlük (Operasyon Öncesi)																															
Distile Su Kontrolü																															
Reaktif ve Kitlerin Kontrolü																															
Probe Yıkama Verilmesi																															
Tip Atık Bölümünün Boşaltılması																															
Günlük (Operasyon Sonrası)																															
Atık Kasetlerin Atılması																															
Distile Su Atık Bölümü Boşaltılması																															
Yıllık Bakım																															
Servis tarafından rutin olarak yapılır.																															

Not: Cihaza aylık bakım yapmaya gerek yoktur.