



Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	İçeriğine ve başlığına acil çantaları dahil edildi, acil müdahale setinde bulunan malzemeler eklendi.	Tüm içerik	13.06.2020	Sevda Sümbül/ Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	20.06.2023	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİCİSİ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-65 Yayın Tarihi : 31.05.2019
	CRASH CART ve ACİL ÇANTASI KONTROLÜ ve KULLANIMI TALİMATI	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:13.06.2020 Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, tıbbi acil durumlara etkin müdahale etmeyi sağlamak ve bu süreçte kullanılacak olan crash cart ve acil çantalarının hazır halde bulunmasını sağlamak ve standardizasyonu için kuralları belirlemektir. Kontrolüne yönelik tüm faaliyetleri yerine getirmeyi kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Crash Cart: Sağlık profesyonelleri tarafından ileri yaşam desteği için gerekli ilaç, malzeme ve ekipmanı içeren, düzenli olarak kontrol edilerek her an kullanıma hazır tutulan acil müdahale arabasıdır.

Acil çantası: Crash cartın bulunmadığı yerlerde olası acil ilaç ve malzeme ihtiyacını hızlıca karşılamak üzere hazırlanmış acil müdahale çantalarıdır.

3. REFERANS DOKÜMANLAR:

Günlük Tıbbi Cihaz Kontrol Formu

Crash Card İlaç ve Sarf Malzeme Kontrol Listesi

Anestezi Acil Çantası Kontrol İlaç ve Malzeme Stok Listesi

Acil Çantası İlaç ve Malzeme Stok Listesi

Sectio Acil Çantası İlaç ve Malzeme Stok Listesi

Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı

4. UYGULAMA:

4.1.Optimed’de Crash Cart ve Acil Çantası Bulunan Alanlar Aşağıda Belirtilmiştir:

2. Binada:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ➤ 6. kat | Crash Cart |
| ➤ 5. kat | Crash Cart |
| ➤ 4. kat | Crash Cart |
| ➤ 3. kat | Crash Cart |
| ➤ 1. kat Endoskopi+Efor servisedir) | Acil Çantası (En yakın defibrilatör acil serviste) |
| ➤ -2. kat Ameliyathane | Acil Çantası |
| ➤ -2.kat Yetişkin Yoğun Bakım | Crash Cart |
| ➤ -2.kat KVC Yoğun Bakım | Crash Cart |

1. Binada;

- | | |
|---------------------------------|--|
| ➤ 5.kat Yetişkin Yoğun Bakım | Crash Cart |
| ➤ 4. kat Yeni Doğan Yoğun Bakım | Acil Çantası (En yakın defibrilatör 1.blok 3.katta mevcut) |
| ➤ 3. kat | Crash Cart |
| ➤ 2.kat | Crash Cart (En yakın defibrilatör 1.blok 3.katta mevcut) |
| ➤ 0. kat Acil Servis | Acil Çantası+Crash Cart |
| ➤ -1.kat Transfüzyon Merkezi | Acil Çantası (En yakın defibrilatör acil serviste mevcut) |
| ➤ 1-.kat Radyoloji | Acil Çantası (En yakın defibrilatör acil serviste mevcut) |

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-65 Yayın Tarihi : 31.05.2019
	CRASH CART ve ACİL ÇANTASI KONTROLÜ ve KULLANIMI TALİMATI	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:13.06.2020 Sayfa No :3/2

- -2. kat Anjiyo Crash Cart

Tıp Merkezinde;

- Acil Servis Crash Cart
- Doğumhane Acil Çantası (En yakın defibrilatör ameliyathanede mevcut)

4.2.Acil Müdahale Setinde Bulunan Malzemeler

- Laringoskop Seti Ve Yedek Pilleri (Çocuk Ve Yetişkin İçin)
- Balon-Valf-Maske Sistemi
- Değişik Boylarda Maske
- Oksijen Hortumu Ve Maskeleri
- Entübasyon Tüpü (Çocuk Ve Yetişkin Boyları)
- Yardımcı Hava Yolu Araçları
- Kişisel Koruyucu Ekipman
- Acil Müdahale Setinde Bulunması Gereken İlaç Ve Ekipmanlar Crash Card ve Acil Çantası İlaç Ve Sarf Malzeme Kontrol Listelerinde belirtilmiştir.

Crash Cart'larda bulunacak ilaç ve malzemelerin yerleşim yerleri standart olarak belirlenmiştir. Kurum içinde kullanılan tüm Crash Cart'ların aynı düzende olması gerekir. İsim, ambalaj ve flakon gibi benzerliği olan ilaçlar yan yana bulundurulmaz. Güvenliği ve kontrolü bölüm sorumluları tarafından sağlanır. Bölümün ihtiyacına ve hasta portföyüne göre belirlenmiş olan crash card veya acil çantaları Crash Card İlaç ve Sarf Malzeme Kontrol Listesi , Anestezi Acil Çantası Kontrol İlaç ve Malzeme Stok Listesi, Acil Çantası İlaç ve Malzeme Stok Listesi, Sectio Acil Çantası İlaç ve Malzeme Stok Listesi ilgili formlar kullanılarak her ayın son cumartesi günü görevli kişi tarafından kontrolü yapılır ve dokümante edilir. Crash Cart'lar ve Acil çantaları kilitli olarak ve her zaman kullanıma hazır bulundurulur ve sadece acil durumlarda kullanılır.

Crash Cart'lardaki ilaç ve malzemelerin güvenliğini sağlamak üzere kilit sistemi kullanılır. Her kontrolde; Crash Cart'ta bulunan ilaç ve malzemelerin sayısı, çalışır durumda olması gereken malzemelerin (defibrilatör, larengoskop, ambu vb.) fonksiyonu kontrol edilir. Aspiratör ve defibrilatör kullanılmadığı durumlarda sürekli şarjda tutulur. Günlük olarak şarjdan çıkartılarak Günlük Tıbbi Cihaz Kontrol Formu'ndaki adımlar doğrultusunda kontrol edilir. Kontroller sırasında larengoskop ve ışık kaynağının ışık kalitesine dikkat edilir. Crash Cart içinde mutlaka yedek pil bulundurulur. Oksijen tüpünün basıncı her gün kontrol edilir, oksijen seviyesi 50 barın altına düştüğünde teknik servise haber verilerek değiştirilmesi sağlanır. Müdahale sırasında kullanılan yeniden kullanılabilir malzemelerin (ambu, larengoskop kaşıkları ve guidalar) temizliği Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı'na uygun olarak yapılır.

Günlük kontrollerde her gün aspiratör, defibrilatör, oksijen tüpünün basınç seviyesi, yetişkin ve pediatrik ambu ayrıca kilit altında tutulmayan diğer malzemeler bölüm hemşireleri tarafından kontrol edilerek Günlük Tıbbi Cihaz Kontrol Formu'na kaydedilir.

Aylık kontroller sarf, steril malzemeler ve ilaçların son kullanım tarihleri her ayın son cumartesi günü servis

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-65 Yayın Tarihi : 31.05.2019
	CRASH CART ve ACİL ÇANTASI KONTROLÜ ve KULLANIMI TALİMATI	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:13.06.2020 Sayfa No :4/2

hemşiresi tarafından kontrol edilir. Son kullanım tarihine en az 2 ay kalan ilaçlar ve malzemeler önce serviste kullanılır. Kullanılması uzun süren ilaç ve malzemeler kurum eczanesine iade edilerek yerine son kullanım tarihi uzun miadlı ilaçlar ve malzemeler alınır.

5.SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından hemşireler, anestezi teknisyenleri, radyoloji teknisyenleri ve ilgili tüm sağlık çalışanları sorumludur.