

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-02 Yayın Tarihi :01.04.2011 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/3
	NST CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:02.04.2018-07	Tüm İçerik	07.04.2019	Seher ELİBOL Kadın Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	10.04.2022	Seher ELİBOL Kadın Doğum Servis Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY	
KADIN DOĞUM SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM	

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-02 Yayın Tarihi :01.04.2011 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/3
	NST CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1.AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı gebe takibi sırasında kullanılan NST cihazı kullanım prensiplerini belirlemek. Doğum hizmetleri sürecini kapsar.

2.TANIM VE KISALTMALAR

NST :Nonstres Testi
ÇKS :Çocuk kalp sesleri
Fundus :Rahimin en üst bölgesi
Nonreaktif :reaktif olmayan

3.REFERANS DOKÜMANLAR

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı
NST Defteri
Tıbbi Cihaz Bakım Planı
Kalibrasyon Planı

4.UYGULAMA

- NST çekimi yapılacak olan gebeye işlem hakkında bilgi verilir.Eller, El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatına uygun yıkanır.
- Gebe yatağa sırt üstü/sol yan pozisyonda yatırılarak karnı açılır.
- Annenin bel hizasına iki adet nst kemeri serilir.
- NST cihazının fişi prize takılır.
- Açma kapama düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.
- NST Cihazının fetal kalp sesi probuna bir miktar jel dökülür bebeğin kalp atışlarının en güzel duyulduğu bölgeye yerleştirilir ve prob NST kemeri ile sabitlenir.
- NST Cihazının ağrı probu anne karnına, fundus üzerine konulur ve prob NST kemeri ile sabitlenir.
- Print düğmesine basılarak NST kağıdından çıktı alınır.
- Doktor isteğine göre ortalama 15-20 dakika ÇKS ve ağrı yazdırılır.
- Hastanın adı soyadı, çekim tarihi ve doktorunun adı NST Defterine kayıt edilir.
- Hasta aletten çözülerek kağıt peçete ile hastanın karın bölgesi temizlenir ve çıktı sonucu ile doktoruna gönderilir.
- İşlem bittikten sonra eller, El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatına uygun yıkanır.
- ÇKS nin nonreaktif olduğu durumlarda hastaya tatlı birşeyler yedirilip tekrar NST si çekilir ve doktoru bilgilendirilir.
- NST uygulaması doğum için yatırılan gebe takibinde yapılıyorsa doktor sık sık bilgilendirilir.
- NST kağıdı bittiğinde cihazın kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yenisi takılır.

4.1 Cihazın Yönetimi

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-02 Yayın Tarihi :01.04.2011 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3
	NST CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Tüm cihazlar HBYS'de demirbaş modülünde tanımlıdır. Kalibrasyon ve bakım planları bu modül üzerinden takip edilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından doğumhane ve kadın doğum servisinde görevli ebe ve hemşireler sorumludur.