

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-08 Yayın Tarihi :12.11.2015
	ÖZELLİKLİ ALANLARA CİHAZ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:09.02.2018-03	Tüm İçerik	10.02.2019	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	15.02.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-08 Yayın Tarihi :12.11.2015
	ÖZELLİKLİ ALANLARA CİHAZ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, özellikli alanlarda (Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler) hastalara ihtiyaç halinde uygulanan taşınabilir radyolojik görüntüleme, USG vb işlemlerde Enfeksiyonun Önlenmesi Prosedürü'ne uygun iş akışını belirlemektir. Uygunsuz durumları önlemek, hastalarımızı süper enfeksiyonlardan korumaktır. Tüm bu işlemlerde maliyet etkin uygulamalar amaçlanmıştır.Enfeksiyon kontrol sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

USG : Ultra Sono Grafi

FTR : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

MRSA : Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus

VRE : Vankomisine Dirençli Enterokok

RSV :Respiratuar Sinsisyal Virüs

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Enfeksiyon Kontrol Prosedürü

İzolasyon Prosedürü

4. UYGULAMA:

4.1. Sorumlular:

Bu talimatın uygulanmasından Özellikli alanlarda (Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler) ve Radyoloji, FTR birim sorumluları ve çalışanlar, ilgili birimlerde çalışan porter ve temizlik elemanları sorumludur.

4.2. Özellikli Alanlara Cihaz Giriş Çıkışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Özellikli alanlara (Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler) taşınabilir işlemler için cihaz giriş çıkışlarında; Hastane Enfeksiyon Kontrol Prosedürüne uygun olarak hareket edilir.
- İşlemler için getirilen cihaz Özellikli alanlara (Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler) alınmadan önce cihazın türüne göre; **Actosept Af** veya **Sodyum Hipoklorit Konsantrasyonu** ile yapılabilir
- İşlem sonrasında yine dezenfeksiyon işlemi cihaz çıkarılmadan önce tekrar uygulanır. Dezenfekte edilen cihazlar birimlerden çıkarılır.
- Hastane Enfeksiyon Kontrol Prosedürüne uygun olarak Standart Enfeksiyon Kontrolü önlemlerine her işlemde uyulmalıdır.
- İzolasyon Prosedürü gereğince ;

➤ Temas Önlemleri,

➤ Damlacık Önlemleri,

➤ Solunum Önlemleri alınan hasta/ hastalar var ise; ilgili önlemin gerektirdiği gibi davranılır.

- Temas İzolasyonu Uygulanan Mikroorganizmalardan bazıları özellikle;

VRE- VRSA- Çoğul antibiyotik dirençli mikroorganizmalar: (MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, ESBL üreten Enterobacter, ESBL üreten E.coli, ESBL üreten Klebsiella pneumoniae) varlığında;

Yenidoğan ve çocuklarda **RSV**, parainfluenza, **enterovirus** - İnkontine hastalar için enterohemorajik E.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :EN-TL-08 Yayın Tarihi :12.11.2015
	ÖZELLİKLİ ALANLARA CİHAZ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 1/2

Coli- **shigella**- Clostridium difficile- **rota virüs** - Difteri - **Herpes simplex virüsü** ile enfekte / kolonize olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastalarda yapılan işlemlerden sonra ise cihaz dezenfekte edilmeden kesinlikle izolasyon alanı dışına çıkarılamaz. Hastadan hastaya geçişlerde de dezenfeksiyon işlemi yapılır.

5.SORUMLULAR

Özellikli alanlara (Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler) ve Radyoloji, FTR ve tüm diğer birimlerde çalışan personel bu talimatın uygulanmasından sorumludur.