

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AH-TL-10 Yayın Tarihi :20.12.2016 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/3
	AMELİYAT ODASI HAZIRLIK TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi: 08.06.2017-01	Tüm sayfalar	29.11.2018	Hasan Coşkun Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	29.11.2021	Hasan Coşkun Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AH-TL-10 Yayın Tarihi :20.12.2016
	AMELİYAT ODASI HAZIRLIK TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, ameliyat odalarının her vaka sonrası ya da genel olarak temizlenmesi ve hazır hale getirilmesi için izlenecek yolları belirlemektir. Bu talimat, ameliyat odasının nasıl hazırlanacağını kapsamaktadır.

2. KISALTMALAR VE TANIMLAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Ameliyathane Temizlik Talimatı

Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu

Konsinye Alet Ve Malzeme Kayıt Defteri

Ameliyathane Medikal Gaz Takip Çizelgesi

4. UYGULAMA

4.1. Ameliyathane Hemşirelerinin Yapacağı Hazırlıklar

- Yapılacak ameliyatın niteliğine göre setlerin ve ekstra malzemelerin hazır bulunmasını sağlar.
- Ameliyat lambası, aspiratör, koter, negatoskop, görüntü kayıt sistemleri, ameliyathane bilgisayarları ve musluklar gibi elektrikli malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Herhangi bir sorun var ise Ameliyathane Sorumlu Hemşiresine haber verir.
- Ameliyat odasının temizliği ve düzenini kontrol eder,
- Havalandırma ve oda ısısı kontrolünü yapar. Arıza durumlarında Teknik Servise bilgi verir.
- Ameliyat mikroskobu, motorlar vb. özellikli aygıtların çalışmaya hazır hale gelmesini sağlar. Arıza durumlarında, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresine ve Biyomedikal birimine bilgi verir.
- Ameliyathane Hemşiresi merkezi sterilizasyon ünitesinden istediği malzemelerin uygun koşullarda transferini sağlar. Ameliyat malzemelerinin otoklav maruziyet bandını kontrol eder. Uygun olmayan malzemenin tekrar iade edilmesini ve uygun malzemenin teminini sağlar.
- Ameliyatta konsinye malzemeler kullanılacaksa Konsinye Alet Ve Malzeme Kayıt Defteri'ne kayıt eder. Konsinye malzemelerin otoklav maruziyetini kontrol eder. Uygun olmayan malzemenin tekrar iade edilmesini ve uygun malzemenin teminini sağlar.
- Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontrolleri yapar.

4.2. Ameliyathane Hizmetli Personelin Yapacağı Hazırlıklar

- Ameliyathane hemşiresi ile birlikte ameliyat odasında bulunan düz yüzeyli tüm cihazların (Koter, aspiratör, ameliyat masası, alet masası gibi) ve elektrikli malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
- Çöp kovalarını kullanıma hazır halde ameliyat masasının yanına yerleştirir.
- Koteri, ameliyat masasına yaklaştırır. Koter plağının ve kablosunun sağlam olup olmadığını kontrol eder.
- Ameliyat özelliğine göre kullanılacak malzeme, cihaz, ekipman sayılarının yeterli olup olmadığını kontrol eder.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AH-TL-10 Yayın Tarihi :20.12.2016
	AMELİYAT ODASI HAZIRLIK TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :3/3

- Hasta pozisyonunda kullanılacak malzemeleri hazırlar.
- Ameliyat mikroskobu, motorlar vb. özellikli aygıtların çalışmaya hazır hale gelmesini sağlar. Arıza durumlarında, sorumlu hemşireye ve biyomedikal birimine bilgi verir
- Ameliyat lambası, aspiratör, koter, negatoskop, görüntü kayıt sistemleri, ameliyathane bilgisayarları ve musluklar gibi elektrikli malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Herhangi bir sorun var ise, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresine haber verir.
- Ameliyat odalarının zeminini her vaka sonrası dezenfektan solüsyon ile silerek “Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu’na kaydeder.
- Ameliyat odasında bulunan çöpleri ve kirli çamaşırları poşet içinde dış alana götürür.
- Her sabah ameliyathanelerin oda kapılarını dezenfektan solüsyon ile siler.
- Her sabah ve her kirlilik gözlenen durumda ameliyathane dış koridorunu dezenfektan solüsyon ile siler.
- Her vardiyada ve gerektiğinde giyinme odalarını ve tuvaletleri dezenfektan solüsyon ile siler.
- Mayo masası ve alet masasının temizliğini yapar.
- Serum askılarını temizler.
- Yıkama lavabosunu temizler, solüsyon seviyesini kontrol eder.
- Ameliyathane odasının temiz ve düzenli olmasını sağlayarak vaka almaya hazır hale getirir.
- Ameliyat lambasının tozunu alır.
- Çöp kovalarının ve kirli çamaşır arabalarının temizliğini sağlar.

4.3 Anestezi Ekibinin yapacağı hazırlıklar

- Her sabah Ameliyathane Medikal Gaz Takip Çizelgesine kayıt eder.
- Anestezi cihazlarının günlük kalibrasyonunu yapar. Kalibrasyondan geçmeyen cihaz için Biyomedikal birimine haber verilir.
- Narkotik ve tüm anestezi sarf malzemelerinin kontrolünü yapar. Eksik olan malzemeleri temin eder.

5. SORUMLULAR

Ameliyathanenin temizlenmesi ve hazırlanmasından Ameliyathane temizlik personeli ve Ameliyathane hemşireleri sorumludur.