



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

MANUEL TURNİKE KULLANIM TALİMATI

Doküman No :HB-TL-89
Yayın Tarihi :13.11.2019
Revizyon No :00
Revizyon Tar.:...
Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçime	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	20.11.2022	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-89 Yayın Tarihi :13.11.2019
	MANUEL TURNİKE KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Cerrahi işlem yapılacak bölgedeki kan dolaşımını azaltarak, cerrahın daha rahat çalışmasını sağlamak için güvenli yöntemleri tanımlamak ve ven basısı yaparak, pulmoner emboliyi önlemektir. Manuel turnike uygulanma sürecini kapsamaktadır.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Pulmoner emboli: Bir akciğer atardamarının ani tıkanmasıdır.

Ven: Damar

Humerus kemiği: Omuz ile dirsek arasında yer alan kol bölgesinin kemik yapısını oluşturur.

Femur kemiği: Kalça ekleminden başlayıp diz eklemine kadar uzanan kemik yapısıdır.

Esmarch bandaj: Latex ve Latex Free olarak üretilen bandajlar

mmHg: Milimetre Civa

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4.UYGULAMA

- Manuel turnike uygulaması, kol turnikesi ve bacak turnikesi olarak iki çeşittir. Turnike uygulaması humerus ve femur tek kemik olan uzuvların üzerine sarılır.
- Turnike saracağımız uzuvu ilk önce alçı pamuğu sarılır.
- Alçı pamuğu sarıldıktan sonra turnike bağlanır ve bağlama esansında turnikenin içerisinde hava kalmayacak şekilde ve sıkıca sarılıp üst bağ kilitleri takılır.
- Daha sonra pompası takılır.
- Turnike uygulanacak uzuv, esmarch bandaj ile ilk önce venlerindeki kanı turnikenin üstüne çıkacak kadar sarılır. Bandajı sararken düzgün sarmaya kırışık olmamasına dikkat edilir. Çünkü ciltte nekroz oluşabilir.
- Bandaj sökülmeden turnike pompadan şişirilir.
- Daha sonra bandaj açılır.
- Turnike kolda uygulandı ise 250 mmHg, bacakta uygulandı ise 350 mmHg basınca kadar şişirilir.
- Turnike indirilme işlemi sırasında turnike yavaş indirilir.
- Hızlı indirmeye bağlı olarak hastanın tansiyonunda düşmeler yaşanabilir. Buna göre tedbirler alınır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından cerrahi işlem yapacak tüm hekimler ve sağlık çalışanları sorumludur.