

OPTİMEDİ	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-03 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:28.09.2024 Sayfa No :1/3
	PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	4.1.Kritik değer tablosu 4.2.Göstergelerin İzlenmesi eklendi.	3.sayfa	17.10.2019	Emine EREN Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
02	Panik değer bildirimlerinin HBYS üzerinden yapılmaya başladığı belirtildi.	2. sayfa	02.06.2022	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
03	Taşıyıcı hastalığı olan hastalar için kart test çalışıldıktan sonra pozitif çıkması durumunda tekrar kart test çalışılacağı bilgisi eklendi.	2. sayfa	28.09.2024	Mesut ÖZDEMİR Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
LABORATUVAR SORUMLU DOKTORU		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

1.AMAÇ ve KAPSAM:

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-03 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:28.09.2024 Sayfa No :2/3
	PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI	

Bu prosedürün amacı, tahlillerde panik değer çıkması durumunda yapılacak işlemleri belirlemek ve standartlaştırmaktır. Laboratuvar hekimlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Panik Değer : Laboratuvarda çalışılan testin belirlenen referans değerlerden hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde farklı çıkması

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Laboratuvar İşleyiş Prosedürü

Panik Değerler Listesi

Gösterge Yönetimi Prosedürü

4. UYGULAMA

Kurumda Biyokimya İşleyiş Prosedürüne uygun olarak yapılan işlemlerden sonra çalışılan testler Panik Değer Listesine göre değerlendirilir.

Test çalışması sonucunda panik değer elde edilince aşağıdaki işlemler sırayla yapılır:

- Panik değer aralığında olan sonuçlarda HBYS üzerinde "DİKKAT!!! PANİK DEĞERDE TESTLER MEVCUT UYARISI" verir.
- Hasta ilk defa gelmiş veya daha önce panik değer çıkan test hiç çalışılmamış ise test tekrar edilir.
- Daha önce çalışılmış fakat hasta kliniği ile ilgili uyumsuzluk var ise tekrar çalışır
- Hastanın önceki klinik tablosu ile uyumlu ve erken tedaviye yanıt vermeyecek özellikli testlerde (HbsAg, HCV, HIV vs.) ilgili hekim talep etmedikçe test tekrarına gerek yoktur.
- Kart test olarak çalışılan taşıyıcı hastalıklar tahlillerinde pozitiflik olması durumunda cihaz yöntemiyle teyit edildikten sonra, tekrar pozitif çıkması durumunda panik değer işlemi yapılır.
- Panik değer sonucu hekime bilgi verildiğinde, hekimin isteği üzerine test tekrar edilebilir.
- Tekrar edilen sonuç yine panik değer ise ilgili doktora ve/veya bölüme bilgi verilir.
- Bu bildirim HBYS üzerinden Panik Değer bildir bölümünden yapılır. Sistemde Laboratuvar Panik Kontrol Ekranına kayıt edilir.
- Doktor tarafından beklenmeyen bir sonuç ise cihaz kontrolleri tekrar edilir, test tekrarlanır ve gerekirse yeniden numune istenir.
- Akılcı laboratuvar kapsamında bazı testler için kritik değer tanımlanmıştır. Bu testler glukoz, kolesterol, hdl, trigliserit, ldl kolesteroldür.
- Kritik değer bulunan hastaların sonuç raporunda bu testlerde referans aralığı yerine kritik değerler yazar.
- Kritik değer çıkan bir test tekrar edilir ve sonuç yine kritik değer de çıkarsa sonuç onaylanır.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda tespit edilen panik değerler kesinlikle hastaya veya yakınına doğrudan bildirilemez. Test İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile doğrulandıktan sonra sonuç hakkında ilgili doktoru tarafından hastaya bilgilendirme yapılır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : BL-TL-03 Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:28.09.2024 Sayfa No :3/3
	PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI	

4.1.Kritik değer tablosu aşağıdaki gibidir.

Glukoz:

< 70 hipoglisemi

100-125 bozulmuş açlık glukozu

>=126 diyabet

Total Kolesterol

>200 kardiyovasküler hastalık riski

Trigliserit

>=150 kardiyovasküler hastalık riski

LDL Kolesterol

>100 kardiyovasküler hastalık riski

4.2. Göstergelerin İzlenmesi

Gösterge Yönetimi Prosedürü kapsamında süreçteki durumları saptamak ve gerektiğinde iyileştirmek için göstergeler izlenir ve bunların sonucuna göre gerekirse aksiyonlar alınır.

Takip edilen gösterge:

- Panik Değer Bildirim Oranı

5.SORUMLULAR

Panik Değer Bildirim Talimatı'nın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlu Doktoru ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.