

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI					Doküman No:RG-FR-18 ☐
	PET CT DENETİMLİ VE GÖZETİMLİ ALANLARDA ÖLÇÜLEN RADYASYON SEVİYESİ ☐ KAYIT FORMU					Yayın Tarihi:03.06.2024 Revizyon No:01 Revizyon Tar.27.06.2025 Sayfa No :1/1
ÖLÇÜM YAPILAN CİHAZIN						
Marka						
Model						
Seri No						
Kalibrasyon Tarihi						
Kalibrasyon Yenileme Tarihi						
Denetimli Alanlar	Pazartesi .../.../2...-...:.... (mR/h-µr/h-mSv/h- µSv/h)	Salı .../.../2...-...:.... (mR/h-µr/h-mSv/h- µSv/h)	Çarşamba .../.../2...-...:.... (mR/h-µr/h-mSv/h- µSv/h)	Perşembe .../.../2...-...:.... (mR/h-µr/h-mSv/h- µSv/h)	Cuma .../.../2...-...:.... (mR/h-µr/h-mSv/h- µSv/h)	
PET CT Kontrol Odası						
Pet/Ct Çekim Odası						
Pet/Ct Enjeksiyon Odası 1						
Pet/Ct Enjeksiyon Odası 2						
Pet/Ct Enjeksiyon Odası 3						
Personel Wc						
Sıcak Oda						
Atık Odası						
İyot Odası 1						
İyot Odası 2						
İlaç Hazırlama Odası						
Gözetimli Alanlar						
Doktor Odası						
Nükleer Tıp Banko						
ÖLÇÜM YAPAN AD-SOYAD ☐ -İMZA						

*Alanlardaki radyasyon dozu 1 mSv ve altı olmalıdır.