

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:RG-FR-45 Yayın Tarihi :02.05.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/1
	MANYETİK ALANLARA GİRİŞ KURALLARI	

- MRG cihazının manyetik alanı, cihaz kapalı olsa dahi aktiftir.
- MRG çekilecek hastanın üzerinde hiçbir şekilde metal bulunmamalıdır. Klinikten o şekilde gelmesi sağlanmalıdır.
- MRG çekilecek hastanın vücut içinde ve dışında takılı protez ve materyaller, MR uyumlu olmalıdır. Gerekli bilgi ve onam, operasyonu gerçekleştiren doktordan alınmalıdır.
- MRG çekilecek hastanın taşıma işlemi, mutlaka MR için üretilen sedye ve sandalye ile yapılmalıdır.
- Kontrast madde uygulanmasından sonra oluşabilecek yan etkiler bilinmeli ve acil müdahale ekipmanı hazır tutulmalıdır.
- Gebe hastaların çekim planlaması: Fetüs için MRG bilinen zararlı bir etkisi yoktur. Ancak yapılacak tetkikin klinisyen doktor ve hasta tarafından tekrar değerlendirilmesi ve onam formu alınması gerekmektedir.
- Kapalı alan korkusu olan hastalar ile iletişim yöntemleri çok iyi belirlenip davranış şekilleri önceden açıklanmalıdır.
- Zihinsel engelli ve çocuk hastaların çekimi mutlaka anestezi eşliğinde ve dikkatli yapılmalıdır. Bu durumdaki kişilerin anne-baba iletişimi önemlidir.
- MRG bölümlerinin girişleri kontrol altında olmalıdır. Güncel uyarı levhaları hasta ve personel için okunabilecek şekilde asılmalıdır.
- Yangın anında kullanılacak MRG uyumlu söndürme elemanlarının kullanma talimatları önceden gerekli personele öğretilmelidir.