

ŞUBE:

CİHAZ ADI:

TARİH	ÖLÇÜM CİHAZININ ADI	ÖLÇÜM YAPILAN KONUM	ÖLÇÜM SONUCU	ÖLÇÜM YAPAN ADI SOYADI	İMZA

Referans değeri: Bt cihazı için 1 MSV/saat , diğer cihazlar için 0,25 MSV altı olmalıdır.