

TIBBİ CİHAZ YILLIK BAKIM PLANI

Sıra No	Cihazın Adı	Sayı	Periyodik Bakım Sayısı	Cihaz Fonksiyon Puanı	Cihaz Risk Puanı	K.Bakım İhtiyaç Puanı	Cihaz Yönetim Katsayısı	Oca-16	Şub-16	Mar-16	Nis-16	May-16	Haz-16	Tem-16	Ğu-16	Eyl-16	Eki-16	Kas-16	Ara-16
1	Ağrı Pompası	16	2	7	2	3	12												
2	Anestezi Cihazı	4	4	9	4	5	18												
3	Anestezi Cihazı Vaporizatörü	9	4	9	4	5	18												
4	Ateş Ölçer	10	2	7	2	3	12												
5	Bebek Tartısı-Tartı-Vücut Analiz	14	2	7	2	3	12												
6	Cerrahi Aspiratör	24	3	7	3	3	13												
7	Defibrilatör	9	4	10	5	4	19												
8	EMG cihazı	1	2	7	2	3	12												
9	EKG Cihazı	8	4	9	4	4	17												
10	Eforlu EKG	1	2	7	2	3	12												
11	Elektrokoter	7	4	9	4	4	17												
12	EKG Holter	8	2	7	2	3	12												
13	Ei Dopleri	2	2	7	2	3	12												
14	Enjektomat/Enjektör Pompası	34	1	7	1	2	10												
15	Elektroterapi- Vakum Cihazları	3	2	8	2	2	12												
16	Etüv/Otoklav	3	3	9	2	3	14												
17	FTR Hotpack Kazanı	1	2	8	2	2	12												
18	FTR Parafin Kazanı	1	2	8	2	2	12												

Cihaz Yönetim Katsayısı= Cihaz Fonksiyon Puanı+Cihaz Risk Puanı+Koruyucu Bakım Gerekliklik Puanı(ASHE American Society For Hospital engineering)

Cihaz Fonksiyon Puanı

- 10 Yaşam Kurtarıcı Tedavi Amaçlı Cihazla
- 9 Cerrahi ve Yoğun Bakım Amaçlı
- 8 Fizik Tedavi Cihazları
- 7 Hasta İzleme /Teşhis Amaçlı Tıbbi Cihazlar
- 6 Diğer İşlemler ile İlgili, Cihazlar

Cihaz Risk Puanı

- 5 Hastanın Ölümü
- 4 Hastada Ağır Yaralanma
- 3 Çalışanda/Hastada Yaralanma
- 2 Hatalı Tedavi/Yanlış Teşhis
- 1 Önemsiz Etki

Koruyucu Bakım İhtiyacı

- 5 Çok Önemli
- 4 Önemli
- 3 Orta Derecede Önemli
- 2 Minimal Önemli
- 1 Önemsiz

20-16 puan :Yılda 4 Bakım

16-13 Puan : Yılda 3 Bakım

12 : Yılda 2 bakım

12 paun Aşağısı : Yılda 1 Bakım

20	FTR Ultrason Cihazları	5	2	8	2	2	12												
21	Fototerapi Cihazı	7	2	7	2	3	12												
22	Hasta Başı Monitör	45	4	9	4	4	17												
23	İnfüzyon Pompası	13	2	7	2	3	12												
24	Küvöz/Transport Küvöz	10	4	9	4	4	17												
25	Liposuction	1	2	7	2	3	12												
26	NST	8	2	7	2	3	12												
27	Pulseoksimetre	11	2	7	2	3	12												
28	Radyan Isıtıcı/Açık Yatak	6	2	7	2	3	12												
29	Röntgen	2	2	7	2	3	12												
30	Santrifüj	4	2	7	2	3	12												
31	Tansiyon Aleti	40	2	7	2	3	12												
32	Tansiyon Holter	5	2	7	2	3	12												
33	Tıbbi Amaçlı Buzdolabı	9	1	6	1	1	8												
34	Ultrason	8	2	7	2	3	12												
35	Ventilatör/Transport Ventilator	21	4	10	4	5	19												

Cihaz Yönetim Katsayısı= Cihaz Fonksiyon Puanı+Cihaz Risk Puanı+Koruyucu Bakım Gerekliklik Puanı

Cihaz Fonksiyon Puanı**Cihaz Risk Puanı****Koruyucu Bakım İhtiyacı**

10 Yaşam Kurtarıcı Tedavi Amaçlı Cihazla

5 Hastanın Ölümü

5 Çok Önemli

9 Cerrahi ve Yoğun Bakım Amaçlı

4 Hastada Ağır Yaralanma

4 Önemli

8 Fizik Tedavi Cihazları

3 Çalışanda/Hastada Yaralanma

3 Orta Derecede Önemli

7 Hasta İzleme /Teşhis Amaçlı Tıbbi Cihazlar

2 Hatalı Tedavi/Yanlış Teşhis

2 Minimal Önemli

6 Diğer İşlemler ile İlgili, Cihazlar

1 Önemsiz Etki

1 Önemsiz

20-16 puan :Yılda 4 Bakım

16-13 Puan : Yılda 3 Bakım

12 : Yılda 2 bakım

12 paun Aşağısı : Yılda 1 Bakım

Form Kod No:MC-PL-02

Rev No:00/Rev. Tar:...